

Motivation und Ziele

- Neurovaskuläres Gefäßphantom auf Basis frei zugänglicher, medizinischer Bilddaten
- Publikation der Konstruktionsdaten und der Methodik zur Herstellung
- Praktischer Test durch Registrierung des Phantoms zum klinischem Datensatz und Anfahren anatomischer Landmarken mit einem Führungsdraht



Abb. 1: Sagittalansicht des Ausgangsdatensatzes (frei zugängliche computertomographische Angiographie-Aufnahme (CTA)), Patient 17, Goren N, et al. UCLH Stroke EIT Dataset - Radiology Data [Data set]. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1199398>: University College London Hospital; 2017




Abb. 2: Segmentierter Patienten-Gefäßbaum beginnend bei der Arteria carotis communis (ACC) und Arteria vertebralis (AV) über die Arteria carotis interna (ACI), Arteria carotis externa (ACE) und Arteria basilaris (AB) bis zur Arteria cerebri anterior (ACA), Arteria cerebri media (ACM, M3-Segment) und Arteria cerebri posterior (ACP)

Erstellung des digitalen Modells

- Manuelle, schichtweise, axiale Segmentierung des Gefäßbaums der computertomographischen Angiographie-Aufnahme (CTA) des Patienten
- Nachbearbeitung des digitalen Modells
 - 1) Glätten der Oberfläche
 - 2) Erstellen eines Offsets der Gefäßbaum-Außenfläche im Abstand von 1,5 mm
 - 3) Erzeugen eines Volumenkörpers aus dem Zwischenraum der Gefäßbaum-Außenfläche und der Offset-Fläche (Hohlraum spiegelt die Gefäßanatomie des Patienten wieder)
 - 4) Zugang zu Gefäßen durch Abtrennen der Enden
 - 5) Konstruktion eines stabilisierenden Grundgerüsts
- Verwendete Tools: Medical Imaging Interaction Toolkit [1] (Segmentierung), Meshmixer [2] (Glätten, Offset, Abtrennen), FreeCAD [3] (Volumenkörper, Grundgestell)




Abb. 3: Digitales Gefäßmodell mit stabilisierendem Grundgerüst

Fertigung des Phantoms

- 3D-Druck des digitalen Modells im PolyJet-Verfahren, Materialien: wasserlösliches Stützmaterial, Gefäßbaum „Agilus30“ (flexibel), Grundgestell „VeroClear“ (starr)
- Anbringung auf einer stabilisierenden Grundplatte
- Verbindung durch Silikon-Schläuche und Reduzierstücke zu einem Kreislauf




Abb. 4: Gedrucktes Gefäßphantom (1) mit Grundgestell (2) auf Grundplatte (3). Schläuche mit T-Reduzierstücken (4) und 3D-gedruckten Y-Reduzierstücken (5). LED-Panel (6) zur besseren Sichtbarkeit eingebrachter Instrumente. CT-Marker (7) für Registrierungsversuche. Anschlüsse für Zulauf und Ablauf (8)

Registrierungsversuche

- CTA des kontrastmittelgefüllten Phantoms
- Segmentierung des Phantom-CTA-Gefäßbaums

Versuch 1:

- Co-Registrierung der Gefäßbaum-Segmentierungen aus Patienten-CTA und Phantom-CTA über anatomische Landmarken (ACC rechts, ACA mittig, ACE links, AB)
- Ergebnisse: Weitgehende Übereinstimmung im Verlauf der Gefäßbäume, Abweichungen in distalen Bereichen

	Rechts			Links		
Gefäß-Messpunkte	ACE	ACI	AV-V4	ACC	ACA	AV-V3
Abweichung [mm]	0,9	2,2	4,7	0,4	1,7	0,1

Tab. 1: Abstand der Gefäßmittelpunkte der Segmentierungen von Patienten-CTA und Phantom-CTA an anatomischen Referenzpunkten, V3 und V4 bezeichnen Segmente der AV

Versuch 2:

- Registrierung des Phantoms zur Phantom-CTA über vier auf der Grundplatte angebrachte CT-Marker, anschließendes beidseitigen Einbringen eines trackbaren Führungsdraht-Prototyps in ACI und ACE
- Ergebnisse: 98,5% der Positionspunkte des trackbaren Prototyps lagen innerhalb des Gefäßbaums




Abb. 5: Co-Registrierung von Patienten- und Phantom-Gefäßbaum mit Kennzeichnung der verwendeten Landmarken und Messpunkte (Versuch 1)




Abb. 6: Positionsanzeige eines trackbaren Führungsdraht-Prototyps im registrierten Phantom-Gefäßbaum (Versuch 2)

Versuch zum Anfahren anatomischer Landmarken

Prüfen der Erreichbarkeit vordefinierter Stellen im Gefäßphantom je zwei Mal durch drei Laien mit einem Führungsdraht

- Ergebnisse: Acht von Zwölf Versuchen erfolgreich, Schwierigkeiten der Laien distale Gefäße zu erreichen

Hinweis: Wiederholung des Versuchs durch medizinische Experten nach Pandemie-Situation in Planung

	Links			Rechts		
Gefäß	ACM	ACA	ACP	ACM	ACA	ACP
Durchlauf 1	✓ (P1)	✓ (P1)	✓ (P2)	✓ (P2)	X (P3)	X (P3)
Durchlauf 2	X (P2)	X (P2)	✓ (P3)	✓ (P3)	✓ (P1)	✓ (P1)

Tab. 2: Erreichbarkeit definierter Stellen im Phantom mit einem Führungsdraht durch 3 Laien (P1, P2, P3)

Alle Konstruktions- und Versuchsdaten sind unter folgendem Link verfügbar: <https://osf.io/yg95d/>

Literatur und Links

[1] The Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK), <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23588509/>

[2] Autodesk Meshmixer 3.5, <https://www.meshmixer.com/>, abgerufen am 14.11.2020

[3] FreeCAD, <https://www.freecadweb.org/>, abgerufen am 16.10.2020